

RiLiBÄK-Kontrollbereiche

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003

Kalkulationstabelle



Synchron-Systeme, **IMMAGE**

Urin

Kontrollbezeichnung: *Urinprotein-Kontrolle, Level 1 P/N 465290*

Lot-Nummer: M812161 Verwendbar bis: 2010-05-31

Geräte-System	Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1c	Analyt	Testkürzel	Maß- einheit	Zielwert Level 1	Bereich Level 1 von - bis		Maximal zulässige Abweichung des Einzel- wertes Spalte 7
SYNCHRON	1	Mikroalbumin	MA (ERM-DA470)	mg/dL	1,0	0,7	1,3	28%
IMMAGE	1	Mikroalbumin	MA (ERM-DA470)	mg/dL	1,05	0,76	1,34	28%