

RiLiBÄK-Kontrollbereiche

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003

Kalkulationstabelle



Synchron-Systeme, IMAGE

Urin

Kontrollbezeichnung: *Urinprotein-Kontrolle, Level 2 P/N 465300*

Lot-Nummer: M812162

Verwendbar bis: 2010-05-31

Geräte-System	Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1c	Analyt	Testkürzel	Maß- einheit	Zielwert Level 2	Bereich Level 2 von - bis		Maximal zulässige Abweichung des Einzel- wertes Spalte 7
SYNCHRON	1	Mikroalbumin	MA (ERM-DA 470)	mg/dL	2,9	2,1	3,7	28%
IMAGE	1	Mikroalbumin	MA (ERM-DA 470)	mg/dL	2,92	2,10	3,74	28%