

RiLiBÄK-Kontrollbereiche

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 100, Heft 50, 12. Dezember 2003

Kalkulationstabelle



Synchron CX, LX
Serum/Plasma

Kontrollbezeichnung:

Ultimate-D Bilirubin, L1
P/N 667710

Ultimate-D Bilirubin, L2
P/N 667720

Ultimate-D Bilirubin, L3
P/N 667730

Lot-Nummer: M903501

Lot-Nummer: M903502

Lot-Nummer: M903503

Verwendbar bis: 2011-02-28

Verwendbar bis: 2011-02-28

Verwendbar bis: 2011-02-28

Geräte-System	Lfde. Nr. RiLiBÄK, Anlage 1a	Analyt	Testkürzel	Maß-einheit	Zielwert Level 1	Bereich Level 1 von - bis		Zielwert Level 2	Bereich Level 2 von - bis		Zielwert Level 3	Bereich Level 3 von - bis		Maximal zulässige Abweichung des Einzelwertes Spalte 7	Messbereich (Change-Over-Wert) Spalte 8
LX	4	Gesamt-Bilirubin, Jend.Grof	TBIL	mg/dL	1,2	0,8	1,6	5,4	4,0	6,8	8,5	6,3	10,7	26% bzw. 0,4	≥1,5 bzw. <1,5
CX	4	Gesamt-Bilirubin, Jend.Grof	TBIL	mg/dL	1,4	1,0	1,8	5,4	4,0	6,8	8,5	6,3	10,7	26% bzw. 0,4	≥1,5 bzw. <1,5