

## 客户沟通

### UniCel DxC SYNCHRON 系统 SYNCHRON LX AccuSense 电极组件 REF 467432

2023 年 5 月

尊敬的贝克曼库尔特 UniCel DxC SYNCHRON 客户：

贝克曼库尔特公司致力于不断改进产品。为履行此承诺，我们很高兴地宣布对 SYNCHRON LX AccuSense 电极做出包装更新。这些变更将增强电极在运输期间的整体防护能力，同时继续为您提供维持检测工作流程和分析仪正常运行所需的支持材料。

**SYNCHRON LX AccuSense 电极组件 REF 467432 包装更新：**

- 去除了透明塑料托盘
- 增加了保护泡沫和纸板盒

之前的包装



更新后的包装



该产品的性能、储存要求或准备操作均没有改变。

请将此信息转告实验室其他工作人员并保留此通知作为贵实验室的文件。

如果您对本产品有任何疑问，请联系您当地的贝克曼库尔特代表，或通过以下链接查看当地联系信息列表。

<https://www.beckmancoulter.com/en/support/contact-us>

感谢您长久以来对贝克曼库尔特公司产品和服务的一贯支持。

此致



Mindie Te  
全球生化产品管理

---

© 2023 Beckman Coulter Inc.。保留所有权利。Beckman Coulter、标志以及文中提及的贝克曼库尔特产品和服务标记均是美国贝克曼库尔特有限公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

---

如需了解贝克曼库尔特公司全球各地办事处的地址及电话号码，请访问 [www.beckmancoulter.com/contact](http://www.beckmancoulter.com/contact)